

Kraków, dn. 11.09.2017

W imieniu firmy Selvita Services Sp. z o.o. w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zapytania nr 30 08 2017 D na **zakup wirówki laboratoryjnej** wyjaśniamy:

Pyt.1

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na wirówkę o poniższych parametrach: Obroty: 24 400 xg, 15 000 rpn; Poziom hałasu ≤ 64 dB (A); Wymiary: szer 457, gł 750 mm, wys 418 mm; Wysokość dostępu 37 cm; Waga 81 kg; 99 programów reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odpowiedz 2:

Zamawiający podtrzymuje parametry wirówki podane w zapytaniu ofertowym: Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm); Poziom hałasu < 58 dB(A); Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 65 x 55 x 35 cm; Wysokość dostępu nie więcej niż 29cm; Waga urządzenia do 80 kg; Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej.